



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1η ΎΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Βασ.Σοφίας 80 & Λούρου – 11528 ΑΘΗΝΑ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συντ.Διευθυντής: Δρ.Γ.Ι.ΠΕΣΣΑΚΑΣ
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Τηλ. 210 3381693

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 08/09/23

ΠΡΟΣ :την Διοίκηση
του Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξαιρετικά επείγον θέμα της αντικατάστασης της Μονάδας Βραχυθεραπείας

Στο υπ' αριθμόν. Πρωτ. 5699/17.03.2023 έγγραφο (α) της εταιρείας Elekta ΕΠΕ αναγράφεται: «το σύστημα μεταφόρτισης βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού (HDR) Elekta, microSelectron V2 με σειριακό αριθμό 31705 που βρίσκεται στο Νοσοκομείο σας, έχει φτάσει πλέον στο τέλος της ζωής του (EoL: End of Life).

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2022 βρίσκεται ήδη σε καθεστώς EoL μετά την εκπνοή μη Εγγυημένης Υποστήριξης (End-of-Guaranteed-Support).

Η συγκεκριμένη συσκευή σας σχεδιάστηκε για διάρκεια ζωής δέκα (10) ετών. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία η Elekta παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη (best effort support) για να σας δώσει επαρκή χρόνο προς αντικατάσταση του συστήματος μεταφόρτισης βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού».....

Για το μηχανήμά σας, η περίοδος της υποστήριξης με τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες (best effort support) έχει πλέον λήξει, γεγονός που σημαίνει ότι η παράδοση νέων ραδιενεργών πηγών ιριδίου (Ir-192) βραχυθεραπείας περιορίζεται σημαντικά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η τελευταία ημερομηνία παραγγελίας μιας πηγής ιριδίου είναι τυπικά η 15η Νοεμβρίου.»

Με το υπ' αριθμόν 3306 υπηρεσιακό σημείωμα της 21ης-04-2023, μετά από συνεργασία μαζί μου, ο Αναπλ. Προϊστάμενος ΒΙΤ κος Δημήτριος Τσόρομώκος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις.

Δυστυχώς παρά την παρέλευση σχεδόν 5μήνου δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση.

Επειδή ο χρόνος παράτασης που μας έχει δώσει η ELEKTA εκπνέει, αν δεν προχωρήσουμε αμέσως στην αντικατάσταση του συστήματος Βραχυθεραπείας δυστυχώς θα αναγκαστούμε να οδηγηθούμε στην διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας.

Επειδή η Μονάδα Βραχυθεραπείας του Νοσοκομείου μας αποτελεί σημείο αναφοράς για την Αττική αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα γενικότερα και επειδή τα συστήματα βραχυθεραπείας στον Δημόσιο Τομέα είναι πολύ λίγα για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με καρκίνο που την έχουν ανάγκη θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε λύση με διαδικασίες κατεπείγοντος.

Ο Συντ. Διευθυντής
του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος

Γ.Ι.Πισσάκας



1η ΥΠΕ - ΓΝΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γ.Ν.Α. - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α' ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δρ. Γεώργιος Ι. Πισσάκας
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Λ.Υ.
ΑΜΚΑ 17000012 - Α.Μ.Τ. Ν. 57981



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Βασ.Σοφίας 80 & Λούρου – 11528 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 20/09/2022

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συντ.Διευθυντής: Δρ.Γ.Ι.ΠΕΣΣΑΚΑΣ
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Τηλ. 210 3381693

ΠΡΟΣ : ΔΙΟΚΗΣΗ
ΚΟΙΝ: ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αξιότιμη κα Διοικήτρια.

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάληψη της διοίκησης του Νοσοκομείου μας.

Το πρώτο θέμα για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω, επειδή δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστέρησης, είναι η άμεση ανάγκη για προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για την Μονάδα Βραχυθεραπείας και αυτό γιατί:

1- Το υπάρχον απεικονιστικό σύστημα της μονάδας Βραχυθεραπείας (IBU), παρουσιάζει σοβαρότατη βλάβη που το καθιστά αναξιόπιστο από τον Ιανουάριο του 2019. Η προσπάθεια της εταιρείας ELECTA να το επισκευάσει απέτυχε και έτσι μας προτείνει την αντικατάσταση του προβληματικού Flat panel, με κόστος 158.527 € + ΦΠΑ.

2- Επίσης, στην πρόσφατη προσφορά συμβολαίου συντήρησης, το απεικονιστικό IBU ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ λόγω παλαιότητας και ως εκ τούτου το Τμήμα Βραχυθεραπείας διαθέτει άδεια λειτουργίας από την ΕΕΑΕ (19/04/2021) που αναφέρει ρητά ότι αυτή τίθεται σε αναστολή, άμεσα μετά από βλάβη της απεικονιστικής μονάδας IBU.

3- Ένας αξονικός τομογράφος για ακτινοθεραπεία (CT-SIM) αποτελεί την μοναδική λύση στο πρόβλημα, διότι :

- α) Θα επιτρέψει μεγαλύτερη ακρίβεια στην ακτινοβολήση του όγκου και στην προφύλαξη των γειτονικών οργάνων (σχεδιασμός 3D αντί του τωρινού 2D).
- β) Το κόστος είναι της τάξεως των 300.000 € + ΦΠΑ και ήδη υπάρχει απόφαση του προηγούμενου ΔΣ για την προμήθειά του.

γ) Στη Μονάδα Βραχυθεραπείας υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος και μάλιστα ήδη θωρακισμένος επαρκώς.

δ) Η δυνατότητα "επικοινωνίας" και εναρμονισμένων ακτινοθεραπειών με αυτές που προσφέρει ο νέος γραμμικός επιταχυντής που λειτουργεί στο νοσοκομείο μας μετά τη δωρεά του ΙΣΝ, διασφαλίζεται αποκλειστικά με την τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) του αξονικού τομογράφου όπως γίνεται και σε όλα τα σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά κέντρα.

ε) Η δυνατότητα διενέργειας των αξονικών σχεδιασμού (με απαραίτητη διάμετρο 80cm), θα απελευθερώσει τον Αξονικό του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος και θα διευκολύνει την λειτουργία του Τμήματος Ακτινοθεραπείας.

στ) Τέλος, στην περίπτωση που εξοπλιστεί η Βραχυθεραπεία με αξονικό και έχοντας την μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, θα μπορέσουμε άμεσα να επεκταθούμε, σε ενδοϊστικές Βραχυθεραπείες, τις οποίες στερούνται εντελώς τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας.

4- Ο χώρος της Βραχυθεραπείας χρειάζεται άμεσα ανακαίνιση όπως μπορείτε πολύ εύκολα να διαπιστώσετε με μία επίσκεψή σας. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και σε βραχυθεραπεία για ογκολογικούς λόγους βρίσκονται σε οριακή συναισθηματική κατάσταση και ο χώρος που γίνονται οι θεραπείες τους έχει μεγάλη σημασία για την ψυχολογία τους.

Μαζί λοιπόν με τις ευχές μου θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θέσετε στις προτεραιότητές σας το θέμα της Μονάδας βραχυθεραπείας

Μετά τιμής,

Ο Συντ. Διευθυντής
του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος

Δρ. Γ. Πισσάκας

ΥΠΕ - ΓΝΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΛΑΡΣΑΝΑ
Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Α' ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δρ. Γεώργιος Ι. Πισσάκας
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
5603816 - Α.Μ. Τ.ΛΑ.Υ. 61901